

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ITELMA



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт



**гарантия
производителя**



**срок поверки
для счетчиков
горячей (!)
и холодной воды**



**минимальный
срок службы
счетчиков воды**

Потому что НАДЁЖНЫЕ

Немецкие технологии в России

ПРОИЗВОДСТВО СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ ITELMA



Цех производства пластиковых деталей



Сборочный цех



Цех проливки и калибровки

ВАШ ДИЛЕР



ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОСЧЕТЧИКОВ ITELMA

- счетчики производятся по немецкой лицензии из западно-европейских комплектующих
- повышенная надежность (срок гарантии 6 лет)
- поверка счетчиков холодной и горячей воды через 6 лет
- устойчивость к повышенному давлению в системе водоснабжения (до 25 Атм)
- устойчивость к повышенной температуре (до 110°C)

ОСОБЕННОСТИ ВОДОСЧЕТЧИКОВ ITELMA

- минимальная чувствительность (счетчик начинает фиксировать расход воды около 10 л/час)
- лучшая антимагнитная защита (подтверждено испытаниями в независимой лаборатории ЕС/Рига, Латвия)
- функциональный дизайн (удобная шкала считывания показаний и прекрасный внешний вид)
- экологичность (при производстве корпусов не используется никелевое покрытие, которое запрещено Директивой Евросоюза с 2004 года)
- не требуется соблюдения прямых участков до и после прибора
- допускается горизонтальная и вертикальная установка приборов

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр условного прохода	15 мм
Монтажная длина	80 / 110 мм
Расход воды	
минимальный (q_{min})	0,03 м³/ч
переходный (q_t)	0,12 м³/ч
номинальный (q_n)	1,50 м³/ч
максимальный (q_{max})	3,00 м³/ч
Относительная погрешность измерения	
при расходе $q_{min} \leq q < q_t$	±5%
при расходе $q_t \leq q \leq q_{max}$	±2%
Температура воды	от +5... до +90°C
Метрологический класс	А (вертикальная установка)
(по ГОСТ Р50193.1)	В (горизонтальная установка)
Гарантийный срок эксплуатации	6 лет
Межповерочный интервал	6 лет
Срок службы счетчика, не менее	12 лет

СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство утверждения типа RU.C.29.004.A № 51798
Государственный реестр СИ № 54418-13
Сертификат соответствия № РОСС RU.ME65.H01763
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.05.421.П.000622.05.10